20
22

Instruções de uso

GPHANTOM ANESTESIA

Gphantom

APRENDA. PRATIQUE. APRIMORE.

Obrigado por escolher a Gphantom!

Somos uma empresa especializada no desenvolvimento de soluções para treinamento médico. Caso deseje algum modelo específico para seu treinamento, entre em contato conosco. Aqui vamos ajudá-lo a manusear e otimizar a durabilidade do seu produto.

O seu Gphantom Anestesia é elegível ao Programa de Fidelidade Gphantom.

Consulte condições.

Gphantom

SOBRE O PRODUTO

1. Indicamos a utilização de agulhas com espessuras iguais ou inferiores à 21G. Ao longo do treinamento, de acordo com a execução dos procedimentos, marcas de agulha poderão permanecer em seu Gphantom por até 2 dias. Para melhor aproveitamento dessa tecnologia de recuperação do material, deixe seu produto em local fresco, ao abrigo do sol, por 48 horas após a utilização;

2. Recomendamos movimentos de até 30 graus com relação à superfície do produto, utilizando agulhas como as mencionadas no item anterior. Evite movimentos muito longos (grande angulação) após a inserção da agulha, pois poderão diminuir a vida útil de seu modelo;

3. Não é recomendada a injeção ou a retirada de materiais de seu Gphantom durante a utilização. Caso possua essa necessidade, entre em contato conosco;

4. O Gphantom Anestesia possui seis estruturas internas que simulam três nervos e três artérias, dispostas de maneira alternada, o que possibilita o treinamento dos procedimentos de anestesia regional e acesso venoso central guiados por ultrassom.

MANUSEIO E CONSERVAÇÃO

1. Guarde sempre o seu produto na embalagem e em local fresco, ao abrigo do sol;

Observação: Expor seu Gphantom à temperaturas acima de 30°C, por longos períodos, pode provocar deformações e perda de propriedades.

2. Para o treinamento, retire apenas a tampa da embalagem, mantendo o produto na base original;

3. Após o treinamento, limpe o produto com papel toalha, retirando o excesso de gel para ultrassom e, em seguida, lave-o em água corrente, sem retirá-lo da base;

Observação: Não guarde o Gphantom com excesso de gel, pois poderá provocar mau cheiro, reduzindo assim, a durabilidade do produto.

• Não use detergentes ou esponjas, pois estes danificam o produto!

4. Após a limpeza, guarde o seu Gphantom conforme as instruções contidas no item 1;

5. O Gphantom Anestesia é um produto com fins didáticos, destinado, APENAS, para treinamentos médicos. Em caso de dúvida, entre em contato através dos nossos canais de relacionamento.

ESPECIFICAÇÕES



CÓDIGO DO PRODUTO	PBD050502
PESO APROXIMADO	700 g
COMPRIMENTO	17 cm
ALTURA	4 cm
LARGURA	13 cm



Imagens de ultrassom Modo B do Gphantom Anestesia[1].

[1] As imagens podem conter pequenas alterações.

ESPECIFICAÇÕES



Estrutura	Diâmetro
Artéria	7 mm - 9 mm
Nervo	5 mm - 7 mm
	Distância (alcance)
Posicionamento	9 mm - 34 mm

Item	Diâmetro
a	9 mm - 11 mm
b	20 mm - 22 mm
c	22 mm - 23 mm
d	11 mm - 13 mm
e	11 mm - 13 mm
f	11 mm - 13 mm





APRENDA. PRATIQUE. APRIMORE.

Para quaisquer dúvidas ou solicitações, entre em contato conosco:

(16) 98848-2468

contato@gphantom.com.br